

令和
2年度
認定

ポンプセーフ HPS-1000



製品の説明・特長等

保守点検に新たな常識 目に見える流量計測

医療機器の保守点検は医療機関の業務であり、自ら適切に実施しなければならないと医療法で定められています。輸液ポンプ・シリンジポンプは、高度管理医療機器（クラスⅢ）に分類され、特定保守管理医療機器に指定されているため、日常の保守・定期点検を確実にに行わなければならない医療機器に該当します。

■主な特長

- ◇国産初の JIS 規格（JIS T 0601-2-24:2018）に基づく計量方式
- ◇ロードセルによる重量測定法（JIS 規格）を採用したポンプセーフを使用することで、輸液ポンプ・シリンジポンプの流量測定や閉塞圧測定が高精度で簡単に行えます。
- ◇附属の専用 PC アプリケーションソフトでは、本体保存の計測データ（100 件）を CSV 形式で書き出しが可能です。
- ◇見やすい 4.3 インチ大型ディスプレイを搭載し、日本語表示で対話形式の簡単操作で使用できます。
- ◇計測条件（時間）で「おまかせ」を選択すると、計測流量をもとに最適な計測時間を設定します。また、計測結果を基に OK/NG を自動判定するので、多忙な医療現場で強い味方となります。
- ◇メンテナンスが簡単で、排液用の設備が不要です。

林精器製造 株式会社

事業内容	ウォッチケース製造、めっき表面処理、装置・機器製造、医療機器製造		
代表者	代表取締役社長 石井 廣文		
所在地	〒962-0001 福島県須賀川市森宿字向日向 45		
TEL	(0248) 75 - 3151	FAX	(0248) 73 - 3227
E-mail	kikaku@hayashiseiki.co.jp		
URL	http://www.hayashiseiki.co.jp/		